

Resistivity Index and Capillary Pressure System (RCP-PS01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه اندازه گیری همزمان فشار موئینگی،
اندیس مقاومت سنگ و اندیس ترشوندگی:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم
به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد بازیابی ترشوندگی تست شده و تحویل می گردد.