



## شرکت توسعه تحقیق نوین طب فن آوران

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

شماره ثبت: ۲۰۲۹۰۳

### شرایط محیطی لازم برای کار دستگاه

دستگاه در شرایط محیط بسته آزمایشگاهی با دمای ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی تا ۵۰ درصد و ارتفاع از سطح دریا تا ۸۰۰۰ متر قابل استفاده است.

### شرایط کالیبراسیون

در صورت استفاده عادی از دستگاه، کالیبراسیون دستگاه سالانه در مراکز معتبر کالیبراسیون انجام می شود.

آدرس: تهران - بزرگراه آزادگان جنوب - احمدآباد مستوفی - خیابان شهید احسانی راد  
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - مرکز رشد واحدهای فناوری  
تلفکس: ۰۲۱۵۶۲۷۶۰۲۵