

دستگاه به ارتفاع ۷۰ سانتی متر و در نزدیکی مجرای فاضلاب یا سینک ظرفشویی مستقر
نمایید، بطوریکه پایه های آن کاملاً تراز باشد.

دمای مناسب محل نصب دستگاه دمای معمول آزمایشگاه (۲۱ درجه سانتی گراد) باشد.
ضمناً در محدوده دمایی ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نیز امکان استفاده از دستگاه است.