

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل میباشد:

۱. اتاقی با آلودگی کم و تعداد ذرات معلق کم (اتاق تمیز)
۲. داشتن میز سنگین و محکم در مقابل لرزش‌های محیط اطراف
۳. داشتن محیط با نور کم
۴. دمای کاری بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد