

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه راکتور کروی فراصوت

برای تابش دهی نمونه های زیستی و عملیات سونوشیمی

میز کار به مساحت  $30\text{cm}^2$  و برق تک فاز ۲۲۰ ولت مورد نیاز است.