

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه مولد فراصوت شدت پایین با پروب

برای تابش دهی نمونه های زیستی

میز کار به مساحت 30cm^2 و برق تک فاز ۲۲۰ ولت مورد نیاز است.