



# BARSANJ ELEKTRIC.Co

شرایط محیطی لازم برای دستگاه های تست خزش شرکت بارسنج الکتریک

فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع می باشد.

از گرد و غبار کارگاهی و رطوبت محافظت شود.

کنترل برق تک فاز و کلید حفاظت از جان در تابلو برق نصب شده باشد.

سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.

شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است.

نصب آسان ، دقت بالا، امکانات گسترده، خدمات دهی مناسب

آدرس: اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان- واحد دانشگاه آزاد  
نجف آباد پلاک ۱۰۳ شرکت بارسنج الکتریک  
صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱  
[www.barsanj.com](http://www.barsanj.com)

تلفن: ۰۳۱ ۴۲۲۹۱۰۹۹  
فکس: ۰۳۱ ۴۲۲۹۲۸۰۹  
تلفن: ۰۹۱۳ ۲۳۲ ۰۷۳۳  
تلفن: ۰۹۱۳ ۲۸۹ ۱۵۳۶