



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه  
اندازی و نگهداری

**[www.raadlab.ir](http://www.raadlab.ir)**

**E-mail: [info@raadlab.ir](mailto:info@raadlab.ir)**

**[iran\\_radteb@hotmail.com](mailto:iran_radteb@hotmail.com)**

هود پاتولوژی تخصصی

مدل پاتوراد فول

Pathology Hood

Patho rad

ساخت شرکت رادطب نوین زیست پایا

به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

## ۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.