

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل می باشد:

- ۱- دستگاه باید در طبقه همکف قرار گیرد.
- ۲- تهیه و نصب و راه اندازی کابین های مخصوص گازها و همچنین لاین کشی استیل تا محل نصب دستگاه بر عهده خریدار می باشد.
- ۳- گازهای هیدروژن، سایلن، آمونیاک، آرگون و نیتروژن
- ۴- هوای فشرده ۶ بار
- ۵- برق سه فاز ۲۵ آمپر
- ۶- ترجیها اتاق تمیز برای نصب دستگاه باشد یعنی گرد و غبار زیاد در آنجا نباشد.
- ۷- آب گردشی یا آب شهری
- ۸- رعایت نکات ایمنی کار با گازها و دستگاه lpcvd بر عهده خریدار می باشد.

شماره: ۶۳۴۰/۸۰۱/۰۱/۲۳۶۱

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

پیوسته ندارد

عادی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فاقد طبقه بندی

جمهوری اسلامی ایران



صنایع

شرکت صنایع الکترونیک ایران (سهام عام)

از: پژوهشگاه الکترونیک صایران

به: مدیریت محترم نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت


موضوع: دستگاه LPCVD

"سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین"

سلام علیکم؛

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام،

بدینوسیله به اطلاع میرساند که مجموعه صنعت نیمه هادی (شرکت صنایع الکترواپتیک اصفهان) از نکات ایمنی مربوط به دستگاه LPCVD کاملاً اطلاع داشته و همچنین نکات ایمنی کار با گازهای سایلن، هیدروژن و آمونیاک در صنعت را بطور کامل رعایت می نماید.



ریاست پژوهشگاه الکترونیک صایران

غلامرضا والی زاده