



شرکت مهندسی مهاده فن اور تهران

نام شرکت تولید کننده : شرکت مهندسی مهاده فن
اور تهران

نام وسیله : سیرکولاتور



شرکت مهندسی مهادهن آور تهران

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

دستگاه فوق باید در محیط سرریسته با قابلیت عبور هوا نصب شود و فاصله دستگاه از دیوار اطراف حداقل 50 سانتی متر باشد
دمای نگهداری دستگاه زیر 30 درجه و رطوبت هوا کمتر از 70 درصد باید باشد بسته به مدل و نیاز سیستم باید از لوله کشی
مناسب ترجیحا از لوله پلی اتیلن چند لایه استفاده شود عایق بندی لوله های رابط در عملکرد سیستم تاثیر خوبی داشته باشد
استفاده از سیستم ارت مناسب برای کار سیستم ضروری می باشد.



شرکت مهندسی مهادهن اور تهران



شرکت مهندسی مهادهن آور تهران