



Friction Losses in pipe System

تلفات سیستم لوله کشی

ویژگی های دستگاه

اندازه گیری افت انرژی ناشی از اجزا سیستم

افت فشار ناشی از سه راه ، زانویی . تغییر مقطع

خم هایی با زوایای مختلف

پیزومترهای متعدد جهت اندازه گیری فشار در قسمت های مختلف

مجهز به دو عدد شیر

مشخصات دستگاه

۲ مدار هیدرولیکی

روتامتر جهت اندازه گیری دبی 40 - 400 L/h

لوله و اتصالات و شیرها از جنس PVC ضد اسید ایتالیایی یا اسپانیایی

پلات مدرج و ضد آب

شیرهای هواگیری

پیزومترهای متعدد در قبل و بعد هر اتصال

تابلو از جنس MDF یا پلکسی گلاس

۲ نمونه شیر (کشویی و سوزنی)

