

High Pressure Single Syringe Pump (HPS-BR51)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه پمپ سرنگی

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می شود.
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد پمپ های سرنگی تست شده و تحویل می گردد.