

## مشخصات:

وسیله ی مذکور جهت مشاهده بافت پریفورم و مقایسه با مرجع، با استفاده از نور Fluorescent می باشد، که با آن می توان عملکرد قطعات دستگاہ و قالب تزریق را در مراحل Cooling ، Needle ، یا اجرای مناسب تنظیمات مثل Cycle time، فشار و ... را بررسی کرد.



- دارای صفحه ی نوری به بزرگی ۲۲۰×۱۸۰ میلی متر و صفحه ی پلاریزه به بزرگی ۳۰۰×۱۸۰ میلی متر
- روشنایی یکپارچه و مناسب صفحه نوری
- فاصله مناسب صفحه پلاریزه از صفحه نوری و امکان بررسی ظروف تا قطر ۱۳۰ میلی متر
- مطابق استاندارد محصولات ( PET ) به شماره ۱۱۶۱۰ و محصولات شیشه به شماره ۹۰۴۱