

شرایط محیطی و نگهداری دستگاه:

شرایط محیطی دستگاه بن ماری سرولوژی باید در محیطی آزمایشگاهی که در دمای  $23 \pm 3$  درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از ۶۰٪ باید که برق ورودی آن بصورت متناوب AC و ولتاژ آن ۲۲۰ ولت باشد.