



N.P.R Co

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه آنالیز حساس به شرح ذیل میباشد:

۱. ترجیحا در اتاقی در طبقه همکف
۲. داشتن میز سنگین و محکم در مقابل لرزش‌های محیط اطراف
۳. نور محیط حتی الامکان بدون تغییر باشد
۴. محیط با گردش هوای پایین
۵. بدور از امواج الکترومغناطیسی شدید
۶. دمای کاری بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد