

دستگاه شاتل باکس مدل سروش



جنس محفظه آزمایش: پلکسی گلاس 4 میلی متر

جنس میله های شوکر: لوله آلومینیم یا استیل

سیستم نور دهی

تنظیم ولتاژ شوک الکتریکی با سلکتور

5 ولتاژ قابل انتخاب از 25 الی 100 ولت

دارای درب جدا کننده دو محفظه

تنظیم زمان نور دهی و شوک دهی و نمایشگر دیجیتال

ابعاد دستگاه

50*50*30 سانتی متر

جنس دستگاه

جنس محفظه آزمایش: پلکسی گلاس

جنس میله های شوکر: لوله آلومینیم یا استیل

شرایط کالیبراسیون

- 1- کالیبراسیون سیستم نور دهی و شوک الکتریکی
- 2- ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

- 1- حداقل فضای آزمایشی 1*1 متر
- 2- کنترل برق تک فاز 16 آمپر
- 3- کف معمولی- قابل نصب روی میز یا روی شاسی
- 4- ارت
- 5- استبلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)



شرکت پیشرو اندیشه صنعت

آزمون تحویل دهی

1- بررسی کیفیت ظاهری

2- انجام تست نمونه

3- صحت عملکرد سیستم شوک دهی

4- صحت عملکرد سیستم نورددهی

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نمی باشد. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.