

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه نگهدارنده منشور MP-U8K78

شامل:

- ✓ نگهدارنده انواع منشورها از جنس پلکسی گلاس
- ✓ دارای میله های فلزی نگهدارنده
- ✓ پایه و روکش فوم بمنظور جلوگیری از خش دار شدن منشورها
- ✓ با قابلیت تنظیم ارتفاع برای نگهداری انواع منشورها و تیغه های اپتیکی

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر یکی از قطعات اصلی منشور می باشد. برای استفاده از این قطعه اپتیکی بر روی سره و یا میز اپتیکی لازم به استفاده از نگهدارنده منشور می باشد. این قطعه با قابلیت تغییر ارتفاع وسیله ای مناسب برای انواع منشورها و تیغه های اپتیکی می باشد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

یک قطعه مکانیکی برای قرار دادن منشور در آن و سوار نمودن بر روی سره و یا میز اپتیکی می باشد.

جدول زمانبندی:

				زمان / موضوع
۴	۳	۲	۱	
۳ روز				تدارکات و خرید قطعات
۵ روز				ساخت و مونتاژ دستگاه
۲ روز				کالیبراسیون و کنترل کیفی
۱۰ روز				تحویل دستگاه ها

