

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

### هشدار

در صورت استفاده از مواد سمی حتما لوله اگزاستی که در پشت دستگاه نصب گردیده به خارج از محیط آزمایشگاه هدایت گردد، ودریچه آن توسط ولومی که برای این منظور تعبیه گردیده باز شود.