



شرایط نگهداری و تعمیرات:

REES SANJ

- ۱ - ایجاد شرایط آزمایشگاهی در محیط (دما و رطوبت و گرد و غبار استاندارد)
- ۲ - نصب فیوز تند کار منیاتوری در مسیر برق اصلی دستگاه
- ۳ - نصب یک عدد استابلایز در مسیر برق اصلی دستگاه
- ۴ - وجود سیم ارت جهت اتصال به دستگاه برابر استاندارد وزارت نیرو
- ۵ - رعایت فاصله منطقی بین دستگاههای جانبی و یا دیوارهای مجاور
- ۶ - استقرار دستگاه روی میز مناسب
- ۷ - دستگاه توسط نماینده شرکت ریس سنج از بسته بندی خارج و نصب گردد