



گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
تولید شده در شرکت دانش بنیان داتیس نما پژوه



کد فرم: DNP12-2232-1 شماره بازنگری: 22323r44 تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱-۰۲-۰۱

Issued date	تاریخ صدور	Calib. Date	تاریخ کالیبراسیون	Req. Date	تاریخ درخواست	Cert. No.	شماره گواهی
22 Apr 2022	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	16 Apr 2022	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	14 Apr 2022	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	2323	۲۳۲۰۳

نام متقاضی:	توسعه صنایع پزشکی ماد
آدرس متقاضی:	تهران خیابان میر عماد کوچه ۱۱ پلاک ۱

نام دستگاه:	دستگاه تست کاترهای تزریقی در فشار مثبت و منفی
سازنده:	شرکت داتیس نما پژوه
مدل:	DNP12
شماره سریال	40012228392
گستره:	-1000 to 1000 mBar
کد کالیبراسیون	SPK-PR-0511
محل استقرار:	کارخانه توسعه صنایع پزشکی ماد

کمیت اندازه گیری:	فشار
یکای اندازه گیری	mbar
استاندارد مرجع و قابلیت ردیابی	Digital Pressure Test Gage Model: DPI 104, SN 10082165

روش کالیبراسیون	بر اساس استاندارد ملی ۷۸۱۶ و استاندارد بین المللی ISO945
شرایط محیطی	دما ۲۰ درجه سانتی گراد با تolerانس ± 2 درجه رطوبت ۳۵٪-۶۰٪ فشار 848 mbar
گستره کالیبراسیون	-1000 to 1000 bar
عدم قطعیت اندازه گیری	عدم قطعیت گستره اندازه گیری یا ضریب همپوشانی K=2 و سطح اطمینان 95% برابر است با ± 1.1 mbar
نتایج کالیبراسیون	نتایج طبق جدول پیوست

۱- استفاده کننده باید در فواصل زمانی معین نسبت به کالیبراسیون مجدد اقدام کند.

۲- هرگونه نسخه برداری از گوهینامه باید مشتمل بر تمامی صفحات آن باشد.

مسئول آزمایشگاه	ثبت سیستم	مدیر واحد کنترل کیفیت
-----------------	-----------	-----------------------