

## شرایط محیطی نصب دستگاه آنالیز دفع و جذب شیمیایی و تعیین سطح ویژه مواد

- دمای مطلوب محیط  $15-40^{\circ}\text{C}$
- رطوبت نسبی محیط  $20-80\%$
- ولتاژ برق  $115-230$  ولت با فرکانس  $50-60$  هرتز