



**Gas-Liquid RelPerm Measurement
Apparatus at Reservoir Condition**

دستگاه اندازه گیری تراوایی نسبی گاز مایع در شرایط مخزن

مشخصات دستگاه

رگلاتور با خروجی 40 bar

رگلاتور فایرشاید با انعطاف تنظیم فشاری 1 psi

شیر فشار بالا 24 عدد

سیلندرهای انتقال سیال پیستونی 3 عدد

شیرهای خودکار فشار بالا یک طرفه 4 عدد

فشار سنج های فشار بالا به همراه نمایشگر 4 عدد

گیج های فشار 3 عدد

سنسور اختلاف فشار یک عدد

نگه دارنده نمونه سنگ فشار بالا یک عدد

کپسول 50 لیتری 1000 psi گاز نیتروژن آزمایشگاهی با خلوص 99,99 درصد

دستگاه فشار پشتیبان

یک عدد سیستم تولید و جدا ساز گاز و مخزن مرطوب ساز گاز

ترازو دیجیتال با قابلیت ذخیره سازی و مانیتورینگ گراف میزان تولید

دستگاه اندازه گیر نرخ جریان گاز تولید

دستگاه گاز متر تجمعی

پمپ دستی فشار بالا دو عدد

مخزن تغذیه پمپ دستی

سیستم جمع اوری داده ها و نرم افزار اصلاح سازی و پردازش داده ها

کوره حرارتی جهت فراهم نمودن دمای آزمایش به همراه سنسور های دمایی

www.datisenergyind.com

datis.energy@gmail.com

Address: Number 4, before 30 Metri Jey Av,
Hormozan st, Yadegar Emam Hwy, Tehran.
Postal Code: 134 99 17 561
Phone: (021) 66 39 85 38 , 47
Fax: (021) 66 39 85 26

آدرس: تهران، انتهای یادگار امام جنوب، خیابان هرمزان، نرسیده
به سی متری جی، پلاک 4، مرکز شماره یک اقتصاد مقاومتی
کد پستی: 134 99 17 561
تلفن: 021-66 39 85 38 ، 47
تلفکس: 021-66 39 85 26