

مشخصات سایت مناسب جهت نصب سیستم HiReSPECT

- (۱) در نظر گرفتن اتاقی حداقل با ابعاد $4 \times 5 \text{ mm}^2$
 - (۲) اتاق دارای گذرگاهی با ابعاد حداقل $1.2 \times 2 \text{ m}^2$
 - (۳) اتاق یا باید واقع در طبقه هم کف باشد و یا در صورت واقع شدن در طبقات بالاتر مجهز به آسانسوری با مشخصاتی زیر باشد:
 - ❖ حداقل ابعاد در ورودی: $1.2 \times 2 \text{ m}^2$
 - ❖ حداقل عمق: 1.5 m .
 - ❖ حداقل ظرفیت تحمل وزن: 400 kg
 - (۴) کف اتاق نیز باید دارای شرایط زیر باشد:
 - ❖ به راحتی قابل شستشو باشد.
 - ❖ جاذب مایع نباشد.
 - ❖ کاملاً تراز باشد (یعنی انحراف آن در هر یک متر حداکثر 1 mm باشد).
 - (۵) دارای امکان اتصال به برق شهر و حتی المقدور مجهز بودن به UPS
 - (۶) مجهز به Air-Conditioner جهت احراز شرایط جوی مناسب جهت کار با سیستم
- شامل:

❖ حداکثر دمای مجاز معادل با دمای اتاق (۲۵ °C)

❖ حداکثر تغییرات دمای مجاز ۳ °C/h

❖ رطوبت نسبی ۴۰-۶۵ %

(۷) تهیه میزی به حداقل به ابعاد 150×70 cm² جهت استقرار کنسول سیستم شامل کیس

کامپیوتر، دو عدد مانیتور ۲۴ اینچ، کیبورد، موس، متوقف کننده اضطراری و ترانس

۱۱۰ ولت

(۸) تهیه پرینتر رنگی

(۹) تجهیز سایت به اینترنت ADSL با سرعت حداقل ۵۱۲ MB

(۱۰) تهیه تجهیزات حفاظ در برابر پرتو شامل:

❖ پاراوان سربی

❖ روپوش و عینک سربی

❖ حفاظ سربی جهت حمل سرنگ و ویال