



# BARSANJ ELEKTRIC.Co

## شرایط محیطی لازم برای دستگاه تست پیچش مدل 0·BST300-BST3

فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع می باشد.

از گرد و غبار کارگاهی و رطوبت محافظت شود.

کنترل برق سه فاز و کلید حفاظت از جان در تابلو برق نصب شده باشد.

سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.

شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است.

**نصب آسان ، دقت بالا، امکانات گسترده، خدمات دهی مناسب**

آدرس: اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان- واحد دانشگاه آزاد  
تجف آباد پلاک ۱۰۳ شرکت بارسنج الکتریک  
صندوق پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱  
[www.barsanj.com](http://www.barsanj.com)

فکس: ۰۳۱ ۴۲۲۹۲۸۰۹  
تلفن: ۰۳۱ ۴۲۲۹۱۰۹۹  
۰۹۱۳ ۲۸۹ ۱۵۳۶  
۰۹۱۳ ۲۳۲ ۰۷۳۳