

« شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری »

شرکت فناوری سامانه‌های تاب آور

* تجهیزات و شرایطی که می‌بایست در محیط آزمایشگاه مهیا گردد عبارتند از:

۱. وجود سیم ارت (Earth) جهت اتصال به دستگاه برابر استاندارد وزارت نیرو (غیر متصل به سیم نول)
۲. رعایت فاصله منطقی بین دستگاه های جانبی و یا دیوارهای مجاور و پشت دستگاه، به گونه‌ای که سرویسکار و اپراتور به هر چهار طرف دستگاه اشراف کامل داشته باشد.
۳. ایجاد شرایط آزمایشگاهی در محیط (در خصوص رعایت میزان استاندارد رطوبت، دما و گرد و غبار برای محیط آزمایشگاهی مطابق با شرایط استاندارد ISO به شرح زیر:
 - ۱.۳. دمای محیط $20 \pm 1^{\circ}C$
 - ۲.۳. فشار هوا 760 mmHg
 - ۳.۳. رطوبت (فشار جزئی بخار آب 7 mmHg)
 - ۴.۳. میزان CO_2 موجود در هوا 0.03% حجمی
۴. نصب فیوز تند کار مینیاتوری در مسیر برق اصلی دستگاه (صرفاً جهت دستگاه) با مشخصات ذیل:
 - از نوع تند کار مغناطیس مینیاتوری تک فاز $220V$ و 10 آمپر
۵. نصب یک عدد استابلایزر (Stabilizer) در مسیر برق اصلی دستگاه و بعد از فیوز مینیاتوری جهت حذف یا کاهش تغییرات ناگهانی برق (شوک الکتریکی) با مشخصات ذیل:
 - $220 V$ و حداکثر خطای $\pm 2.5\%$ با توان 2 KW و ترانس ایزوله $220 V$ با توان 2 KW
۶. در صورت استفاده از کامپیوتر و خرید تجهیزات جانبی آن، نصب یک عدد UPS برای کامپیوتر و مانیتور از نوع سینوسی صفر ثانیه online برای جلوگیری از صدمات وارده به کامپیوتر، نرم افزارها و اطلاعات موجود در آن.

۷. در صورت استفاده از تجهیزات کامپیوتری جهت ترسیم منحنی آشنایی کامل اپراتوردستگاه با سیستم عامل Windows و نرم افزار اختصاصی شرکت
۸. مطالعه کامل دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توسط اپراتور قبل از زمان راه اندازی و آگاهی نسبت به مندرجات دفترچه.

* توجه : رعایت کلیه ۸ مورد بالا قبل از راه اندازی دستگاه الزامی است و چنانچه پس از اعلام کتبی خریدار توسط فرم مخصوص (فرم شماره ۲) مبنی بر آمادگی جهت اعزام متخصصین شرکت برای راه اندازی سیستم، هر یک از موارد ذکر شده آماده نبوده و یا نقص داشته باشد، دستگاه راه اندازی نگردیده و یا گارانتی نخواهد بود و اعزام مجدد نیرو به دلایل ذکر شده با هزینه خریدار میسر می باشد.

این صورتجلسه در دو نسخه تهیه گردیده که یک نسخه آن در اختیار فروشنده و یک نسخه دیگر همراه با دستور العمل کارکرد با دستگاه در اختیار نماینده خریدار خانم / آقای ----- قرار گیرد .

توضیحات : -----

نام و امضاء نماینده شرکت:

نام و امضاء نماینده خریدار / تحویل گیرنده:

تاریخ :

تاریخ :