

تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت مهندسی هوشمند فن آور تهران

HOOSHMAND FANAVAR TEHRAN ENG. CO.



شرایط گارانتی و نگهداری سیستم آنالیز اسپرم HFT CASA

- 1- سیستم آنالیز اسپرم HFT CASA دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد
- 2- دستگاه فوق در شرایط نرمال کاری آزمایشگاه (دما محیط بین 15 تا 30 درجه ، رطوبت کمتر از 60٪) با رنج ولتاژ 210-230 ولت قابل بهره برداری است
- 3- سیستم آنالیز اسپرم HFT CASA در صورتیکه تغییری در نوع میکروسکوپ و دوربین اولیه تغییری ایجاد نشود نیازی به کالیبراسیون مجدد ندارد تنها در صورتیکه یکی از اجزا مسیر اپتیکی دچار تغییر شود سیستم میبایست توسط کاربر مجدداً و به سادگی کالیبر گردد.

