

هود لامینار

نام دستگاه : هود لامینار کلاس II

مدل دستگاه : B1

کاربرد : برای کشت میکروبی و همچنین اموری که نیاز به اتاق تمیز دارند

مشخصات فنی :

- فن دستگاه از نوع سانتریفیوژی می باشد.
- این دستگاه مجهز به دو فیلتر هپا بوده که یکی برای ورود هوای تمیز به محیط و یکی برای ورود هوای تمیز به داخل کابین می باشد.
- هودهای لامینار تولیدی این شرکت براساس استاندارد BSEN 12469 مورد تست و کنترل قرار می گیرند و برای هر دستگاه یک گواهینامه مجزا صادر می گردد که داخل دستگاه قرار دارد.
- مصرف کننده لازمست در فواصل زمانی مشخص نسبت به کنترل و کالیبراسیون دستگاه از طریق شرکت های ذیصلاح اقدام نماید.

کاتالوگ دستگاه : فایل ضمیمه

راهنمای کاربری : موارد لازم در کاتالوگ دستگاه ذکر گردیده است و با توجه به حساسیت دستگاه، لازم است کاربر قبل از شروع به کار حتما دفترچه راهنمای دستگاه را به دقت مطالعه نماید.

- میزان عبور UV از درب شیشه ای دستگاه (نشت UV) در حد مجاز می باشد. بنابراین قبل از روشن کردن لامپ UV حتما درب شیشه ای دستگاه را کاملا ببندید. حتی الامکان در زمان روشن بودن لامپ UV اطاق را ترک فرمائید.
- روشن کردن شعله گاز در داخل کابین هود ممنوع است. دمای بالا و دوده بیش از حد موجب خرابی و پرشدن زود هنگام فیلتر هپا و دفرمگی درب شیشه ای جلوی دستگاه می گردد.
- پرشدن فیلتر وابسته به میزان استفاده و محیط قرارگیری دستگاه است. در شهرهای آلوده و صنعتی پیشنهاد می شود فیلتر قبل از موعد تعویض گردد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

کلیه محصولات تولیدی شرکت بهداد از تاریخ خرید مشمول یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشند. دستگاه فوق نیز مشمول یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد. کارت گارانتی دستگاه داخل کارتن دستگاه قرار داده شده است. در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورتی که دستگاه توسط افراد یا شرکت های ثالث مورد تعمیر قرار گیرد، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه نداشته و گارانتی دستگاه باطل می گردد. شایان ذکر است که فقط کارشناسان این شرکت مجاز به انجام تعمیرات احتمالی می باشند.

شرایط محیطی :

حداکثر دمای محیط : ۳۵ درجه سانتیگراد

شرایط کالیبراسیون :

این دستگاه در مرحله نهایی تولید کالیبره شده است و گواهی کالیبراسیون د اختیار مصرف کننده قرار دارد. مصرف کننده باید در فواصل زمانی معین دستگاه را جهت کنترل کالیبراسیون به شرکت های ثالث - که امکان صدور گواهینامه کالیبراسیون دارند - ارجاع دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند.

جدول زمان بندی ساخت و تحویل : بسته به میزان سفارش متغیر است.

آزمون های تحویل دهی: ---

نام برند نمونه خارجی : LABCONCO

تصویر محصول :

