

(پیوست چهار: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی)

شرایط محیطی از نظر دما و رطوبت شرایط تهویه هوا مطبوع و دمای تقریبی $\pm 24^{\circ}\text{C}$ و رطوبت نسبی تقریبی $\pm 3\%$ 40% مطلوب است.

کلیه دستگاهها نیاز به ارت مناسب دارد. پیشنهاد می گردد کاربر در صورت نوسانات ولتاژ برق شهر از یک دستگاه استابیلایزر استفاده نماید. محل نصب دستگاه از دیوار حداقل 10 الی 15 سانت باید فاصله داشته باشد.

مدل دستگاه: 2d3sb tx-300

ولتاژ مورد نیاز (ولت): 380 ولت (سه فاز همراه با نول)

جریان مورد نیاز (آمپر): A50

مقدار هوای فشرده (بار): bar 6

مقدار آب مورد نیاز (بار): لوله 2/1 اینچ با فشار bar2

مقدر بخار مورد نیاز (بار) bar4 (در صورت وجود سیستم بخار مرکزی)

لوله فاضلاب: 2 inch لوله فاضلاب از جنس فلزی و کف اتاق تعبیه می شود.

هواکش: یک هواکش مناسب اتاق و در صورت امکان بالای دستگاه نصب شود.