

آزمونهای تحویل دهی

کالیبراسیون شیمیایی با مواد مرجع

۱- آب استاندارد: تعیین عدد تیترو توسط آب استاندارد ساخت شرکت مرک

اندازه گیری همان ماده استاندارد به عنوان نمونه مجهول جهت بررسی دقت و صحت تجهیز

پنج بار اندازه گیری ماده استاندارد جهت بررسی تکرار پذیری تجهیز

۲- تعیین عدد تیترو توسط سدیم تارتارات ساخت شرکت مرک

اندازه گیری همان ماده استاندارد به عنوان نمونه مجهول جهت بررسی دقت و صحت تجهیز

پنج بار اندازه گیری ماده استاندارد جهت بررسی تکرار پذیری تجهیز

آنالیز نمونه های مورد نظر کاربر