

دمای مناسب برای نصب، نگهداری و استفاده از این دستگاه 0-70 درجه سانتیگراد بوده و دمای مناسب برای برای نمونه DNA ، 20 درجه و برای کاربرد باکتری و سلولی 4 درجه میباشد.