

## شرایط محیطی موردنیاز برای نصب هدست تحریک نوری مغز Complete pulse

شرایط مناسب و کافی :

- یک میز که فضای کافی برای قرارگیری دستگاه و متعلقات آن داشته باشد .
- دمای اتاق نگهداری بین ۱۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باشد .
- در فضای با رطوبت و گرد و غبار کم استفاده شود.
- اتصال به برق بدون نوسان