



شرایط محیطی لازم برای دستگاه های تست ضربه شرکت بارسنج الکتریک

فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع می باشد.

فونداسیون مناسب به طول ۱ متر و عرض ۶۰ سانتیمتر به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر با بتون مسلح در نظر گرفته شود. این کار موجب میشود تا دستگاه هنگام انجام تست لرزش نداشته باشد.

از گرد و غبار کارگاهی و رطوبت محافظت شود.

کنترل برق سه فاز و کلید حفاظت از جان در تابلو برق نصب شده باشد.

سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و به دستگاه متصل شود.

شرایط دمایی آزمایشگاهی برای دستگاه مناسب است.

نصب دستگاههای خزش ، در محیط هایی که ایجاد لرزه می شود ، دقت عملکرد دستگاه را کم می کند، بنابراین باید محل نصب دستگاه ، عاری از هر گونه لرزش باشد.

نصب آسان ، دقت بالا ، امکانات گسترده ، خدمات دهی مناسب

