

تاریخ: ۹۴/۱۲/۱

پیوست: ندارد

بسمه تعالی

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری تمامی دستگاههای الکتروکاردیوگراف ساخت شرکت فناوریان در محدوده شرایط یک اتاق می باشد و نیاز به شرایط خاص ندارد. حداقل سیستم مورد نیاز برای استفاده در زیر آورده شده است:

- ۱ GHz or faster ۳۲-bit (x۸۶) or ۶۴-bit (x۶۴) processor
- ۱ GB RAM (۳۲-bit) or ۲ GB RAM (۶۴-bit)
- ۱۶ GB available disk space (۳۲-bit) or ۲۰ GB (۶۴-bit) -- just for the OS, not applications or data files
- DirectX ۹ graphics processor with Windows Display Driver Model (WDDM) ۱.۰ or higher
- Wifi Compatibility
- USB ۲ or highr