

کدفرم/ویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------	----------------------------

نوع دستگاه : دیپ فریزر ۸۶- درجه تک درب دوسیکل شماره سریال :

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
		ok	سالم بودن درب ها و همچنین قطعات پنل جلو (ترموستات ها و ثبات) برای تمامی دستگاهها چک شود	۱
		ok	دمای محیط کار بین ۱۰الی ۵۰ باشد بهترین دمای محیط کار در رنج 2 ± 23 باشد	۲
		ok	رطوبت محیط دستگاه ۲۰٪الی ۷۰٪ باشد	۳
		ok	دستگاه در حد معمولی تراز باشد	۴
		ok	برق ورودی دستگاه ۳فاز، به همراه نول باشد. کابل ورودی تابلو برق دستگاه نیز ۴*۴ باشد (یک رشته earth با سیم نمره ۱۰ جدا تهیه شود)	۵
		ok	تغذیه دستگاه دارای ۳فاز با فیوزهای ۲۵آمپر باشد. از کنترل فاز دارای نول استفاده شود	۶
		ok	ولتاژ برق ورودی $10\% \pm 220$ برای هر فاز باشد	۷
		ok	به ازای هر دستگاه فریزر ظرفیت بالای تک ، یک عدد اسپیلت ۱۲۰۰۰ BTU نصب شود	۸

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: ۱- کنترل کیفیت ۲- واحد اقدام کننده