

با اسمه تعالی

## شرکت یارنیکان صالح



عنوان: شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

سامانه های لایه نشانی سیگما ۳۰۱ و سیگما ۳۰۲

موارد زیر قبل از رفتن کارشناسان شرکت، توسط سفارش دهنده باید آماده گردد:

- برق ۲۲۰ ولت توان ۳ کیلووات
- آب ورودی به دستگاه با دمای ۱۵-۱۰ درجه سانتیگراد و با شلنگ های قطر خارجی ۱۶ میلیمتر و داخلی ۱۲ میلیمتر از چیلر، سردساز یا فاضلاب سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب
- کپسول آرگون با رگولاتور مناسب و خروجی گاز کمتر از bar ۱ (رگولاتور باید مدلی باشد که بتوان فشار گاز خروجی را اندازه گیری نمود) به همراه شلنگ با قطر خارجی ۸ میلیمتر از سر رگولاتور تا پشت سامانه
- حداقل فضای مورد نیاز  $150 \times 100$  سانتیمتر مربع
- سیم ارت مناسب تا سامانه

## سامانه لایه نشانی سیگما ۳۰۳

موارد زیر قبل از رفتن کارشناسان شرکت، توسط سفارش دهنده باید آماده گردد:

- برق ۲۲۰ ولت توان ۳ کیلووات
- آب ورودی به دستگاه با دمای ۱۵-۱۰ درجه سانتیگراد و دبی و با فشار حدود ۲ بار و با شلنگ های قطر خارجی ۱۶ میلیمتر و داخلی ۱۰ میلیمتر از چیلر، سردساز یا آب شهری تا پشت سامانه و شلنگ آب خروجی از دستگاه به چیلر، سردساز یا فاضلاب
- حداقل فضای مورد نیاز  $150 \times 100$  سانتیمتر مربع
- سیم ارت مناسب تا سامانه