

کیان شار دانش

شماره:

تاریخ:

این دستگاه در محیط معمولی آزمایشگاه بر روی سطحی صاف و بدون لرزش قابل نصب و راه اندازی است. دمای محیطی مجاز در محدوده +4 تا 45 درجه سلسیوس و رطوبت محل می تواند بین صفر تا 60 درصد باشد.