

## شرایط محیطی برای دستگاه آنالیز حرارتی

---

۱- اطاق تمیز به ابعاد  $4 \times 3$  متر

۲- برق تک فاز به ظرفیت ۳۰ آمپر

۳- میز به ابعاد  $2 \times 3$  متر

۴- آزمایشگاه مجهز به چاه ارت