



آزمون پلیمر سپاهان

شرایط محیطی لازم برای دستگاه آزمون ضربه آیزود و شاری ۲۵ ژول

۱ - جایگاه قرار گیری دستگاه متناسب با طول ، عرض و ارتفاع دستگاه

طول ، عرض و ارتفاع دستگاه در مشخصات فنی مشخص شده جایگاه قرار گیری دستگاه متناسب با این پارامترها باید از قبل آماده شده باشد

۲ - برق شهری (تک فاز) ۲۲۰ ولت

برق مورد نیاز دستگاه برق شهری و ۲۲۰ ولت می باشد و نیازی به برق ۳ فاز نیست

۳ - رطوبت و دما مناسب آزمایشگاه

رطوبت و دما باید در حد ایده آل آزمایشگاه باشد

۴ - سکویی که دستگاه روی آن قرار میگیرد بدون لرزش و دارای تحمل وزن تا ۱۵۰ کیلوگرم را دارا باشد.

سکویی که دستگاه روی آن قرار میگیرد باید بدون لرزش و قابلیت تحمل وزن ۱۵۰ کیلوگرم را دارا باشد .