

شرایط محیطی برای نصب دستگاه

حتماً سیم کشی اتصال ارت به بدنه در آزمایشگاه موجود باشد

چاه ارت به مساحت 6 متر مربع در عمق 6 متر

اتاق مجهز به کولر گازی باشد

آزمایشگاه از گرد و غبار و مواد شیمیایی محفوظ باشد

میز کار مناسب تدارک دیده شود