

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی پانل خورشیدی SA-P2

- 1- مجهز بودن کارگاه به مازول کنترل دما بین 10 تا 55 درجه
- 2- مجهز بودن کارگاه به کنترلر رطوبت بین 20 تا 70 درصد
- 3- مجهز بودن کارگاه به چاه ارت
- 4- ایجاد روشنایی به میزان 150 تا 200 لوکس
- 5- کارگاه قابلیت تابش نور آفتاب را داشته باشد