

Micromodel Experimental Set Up (MES-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه میکرومدل:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۵۰ هرتز

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد بازیابی ترشوندگی تست شده و تحویل می گردد.