

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دنا ذن تجهیز (مسئولیت محدود)



طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیابی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک 15- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

1- اعمال ولتاژ بیش از حد مجاز موجب آسیب دستگاه خواهد شد.

2- دستگاه را با استفاده از آب معمولی و دترجنت یا صابون ملایم شستشو دهید.

3- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.

4- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده نمایید.

5- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل نمایید.

6- از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الكل های غلیظ (بالای 35٪) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده

نمایید.