

دستگاه ونتوری متر مدل سروش



جنس لوله ونتوری: پلکسی گلاس

پمپ سانتریفیوژ

موتور نیم اسب (سه فاز یا تکفاز)

تابلو برق

مخزن سیال: پلی اتیلنی

لوله و اتصالات: از جنس پلاستیکی یا فلزی

شیر دیافراگمی

مانومتر چند لوله با اتصالات PBT

روتامتر: گلوله ای آنالوگ

ابعاد دستگاه

100*60*85 سانتی متر

جنس دستگاه

سازه: قوطی آهنی 30*30

پوشش: ورق گالوانیزه رنگی، آلومینیم، استیل

لوله و اتصالات: از جنس پلاستیک یا فلزی

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

جنس لوله ونتوری: پلکسی گلاس

شرایط کالیبراسیون

کالیبراسیون دبی پمپ.

ابزار دقیق دستگاه با گواهی کالیبراسیون ارائه می شود.

ابعاد هندسی دستگاه به کمک کولیس با دقت 0.01 میلی متر اندازه گیری می شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه

- 1- حداقل فضای آزمایشی 1.5 * 1.5 متر
- 2- کنتور برق تک فاز 16 آمپر
- 3- کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی
- 4- ارت
- 5- استبلایزر برق(جلوگیری از نوسانات برق)
- 6- شیر آب 1/2 اینچ
- 7- تهویه به هوای آزاد
- 8- اتاق آزمایشگاه دارای کف شور

آزمون تحویل دهی

- 1- بررسی کیفیت ظاهری دستگاه
- 2- اطمینان از صحت عملکرد پمپ
- 3- انجام آزمایش نمونه و مقایسه با روابط تئوری
- 4- اطمینان از عدم نشتی
- 5- چک کردن آب بندی اتصالات
- 6- چک کردن عملکرد روتامتر با دبی سنجی حجمی

توجه: شکل ظاهری دستگاه لزوماً مطابق با عکس این کاتالوگ نیست. ساخت دستگاه پس از تایید نهایی ظاهر دستگاه توسط کارفرما صورت می پذیرد.