

تاریخ: / /

شماره:

پیوست:

برای عملکرد بهینه و ایمن دستگاه فوق بحرانی، رعایت شرایط زیر الزامی است:

- دمای محیط: ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت نسبی: حداکثر ۶۵٪ بدون میعان
- محیط نصب:
 - خشک، دارای تهویه مناسب و عاری از بخارات روغنی یا شیمیایی
 - سطح نصب کاملاً صاف، محکم و بدون ارتعاش
 - فاصله حداقل ۵۰ سانتی متر از دیوار و تجهیزات مجاور
- نگهداری:
 - نظافت منظم فیلترها، شیرآلات و اتصالات
 - بررسی دوره‌ای نشتی در خطوط سیال
 - خاموش کردن کامل دستگاه پس از پایان عملیات و تخلیه فشار داخلی