



تاریخ: / /

شماره: .....

پیوست: .....

## ملزومات مورد نیاز آماده سازی محل نصب و راه اندازی

۱) کمپرسور و مخزن هوای فشرده ۷ بار با دبی  $2 \text{ m}^3/\text{h}$

۲) درایر هوای فشرده با توان  $2 \text{ m}^3/\text{h}$

۳) برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۵ آمپر بدون نویز

۴) تجهیز محل تست به فضاهای مجزا برای قرارگیری تستر (۱۲ مترمربع) و نمونه تست جهت ایمنی اپراتور

تبصره: در صورت عدم امکان تأمین فضای مجزا، قابلیت تأمین اطاقک تست پرتابل وجود دارد.

