

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه
Ultraviolet transilluminator

- 1- در صورتیکه از سیستم عکسبرداری جهت مشاهده و ضبط تصاویر استفاده نشود، دستگاه باید در اتاق تاریک و یا زیر محفظه ضد نور است.
- 2- تجهیز محل نصب با لامپهای UV 254 نانومتر توصیه میشود.