

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه نگهدارنده متغیر عدسی PFA-AHO50

شامل:

- ✓ نگهدارنده عدسی
- ✓ قابل تغییر در محدوده 25-60mm
- ✓ قابل نصب بر روی میز اپتیکی با پایه های مخصوص

محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه اپتیک و لیزر یکی از قطعات اصلی عدسی می باشد. برای نگه داشتن این قطعه اپتیکی لازم به استفاده از نگهدارنده عدسی می باشد. این قطعه با قابلیت تغییر ارتفاع وسیله ای مناسب برای انواع عدسی ها و آینه های محدب و مقعر می باشد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

1. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
2. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
3. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
4. دستگاه هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبره شدن ندارد.

آزمون تحویل دهی:

یک قطعه مکانیکی است. سالم بودن قسمت های مختلف از نظر شکل ظاهری مورد توجه قرار دهید.

جدول زمانبندی:

4	3	2	1	زمان موضوع
3 روز				تدارکات و خرید قطعات
5 روز				ساخت و مونتاژ دستگاه
2 روز				کالیبراسیون و کنترل کیفی
10 روز				تحویل دستگاه ها

