



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

www.raadlab.ir

E-mail: info@raadlab.ir

iran_radteb@hotmail.com

هود لامینار فلو کلاس II
عمودی با فیلتر آلوستینا
مدل نانوراد

Laminar flow. Class II Vertical,
Nano Rad model
with Alostina Filter

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی رادطب نوین
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

۱. محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
۲. استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.
۳. در صورت ریختن مایعات روی سطح استیل کار و عبور آن از منافذ و انتقال به زیر سطح با برداشتن سینی ، کف هود و سینی را تمیز و استریل نموده و مجدداً سینی را در جای خود قرار دهید.
۴. در صورت نیاز به تعویض فیلترهای هود لامینارفلو با این شرکت تماس حاصل فرمائید .