

شرایط محیطی نصب و راه اندازی سیستم آموزشی RN-DAQ :

- ۱- مجهز بودن به کنتور برق تک فاز
- ۲- مجهز بودن به ترانس ایزوله از برق شهر
- ۳- مجهز بودن آزمایشگاه به پارکت کف
- ۴- دما بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
- ۵- رطوبت حداکثر ۷۰ درصد