

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری فریزر ساده آزمایشگاهی:

ردیف	الزامات	نتیجه		توضیحات
		خیر	آری	
۱	سلامت ظاهری بسته بندی دستگاه در هنگام تحویل			
۲	سلامت ظاهری دستگاه و متعلقات آن			
۳	آسیب احتمالی ظاهری			
۴	تراز بودن محل نصب در حد معمول			
۵	حداقل فاصله ۴۰ +/- ۵ سانتیمتری از اطراف			
۶	دمای محیط تقریباً ۲۰ درجه سانتیگراد			
۷	رطوبت محیط در بازه ۲۰ الی ۶۰ درصد و بدون گرد و غبار و چربی و مواد خورنده			
۸	وجود تهویه مناسب هوا و امکانات لازم			
۹	پریش برق جداگانه و مناسب با اتصال سیم ارت			
۱۰	وجود استبلایزر مطابق با توان مصرفی			
۱۱	تابش نور مستقیم خورشید، گرمای اجاق، بخاری و سایر دستگاه های گرما ساز و مواد اشتعال زا در مجاورت دستگاه			
۱۲	استقرار دستگاه در محل نصب برای مدت حداقل ۴۸ ساعت			